



00000000 000000 000000

0000000 00000000 / (PhD) 0000000 00000000

051 -43333491 00000 000000

[CV](#)



هود لامینار کلاس ۲

Laminar hood class II



جمهوری اسلامی ایران
سازمان بهداشت و درمان
سازمان تجهیزات پزشکی
سازمان تجهیزات پزشکی

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: شرکت رادطب نوین زیست پایا

شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۲۳۴۲۷۵۴

اطلاعات دستگاه

مدل: فانو راد

سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

فیلتر خروجی (اگرز فیلتر) ۳/۰ میکرون با توان ۹۹۷/۹۹٪ تعبیه گردیده که ورود هر گونه میکروارگانیسم را به محیط آزمایشگاه غیرممکن می سازد .

دارای لامپ روشنائی - لامپ ماورای بنفش و ساعت کارکرد دستگاه.

دارای فیلتر ورودی ۱۲/۰ میکرون برای هوادهی داخل کابین با توان ۹۹۹/۹۹٪ که باعث عدم وجود هیچگونه میکروارگانیسم می گردد و سیستم طوری طراحی گردیده که ۷۵٪ هوای داخل کابین بازیافت و ۲۵٪ نیز پس از فیلتر شدن به محیط باز می گردد و مانع آلودگی کارکنان و محیط می گردد.

اطلاعات سازمانی

تحویل گیرنده ومسئول فنی دستگاه:

دکتر سجاد یعقوبی

قابلیت های به کار گیری

این هود ها برای کار بر روی مواد بیولوژیک کم خطر استفاده می شوند.

